# ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

| Norma de Origem: NIT-DICLA-016 | Folha: 1 | Total de Folhas: 1 |
|---|---|---|

**RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO**

IOPE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. / LABORATÓRIO DA IOPE

| ACREDITAÇÃO N° | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| **CRL 0176** | **INSTALAÇÃO PERMANENTE** |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **MÁQUINA E EQUIPAMENTOS** | **ENSAIOS MECÂNICOS** | |
| VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO DE PRESSÃO | Ensaio de pressão de abertura e vedação<br>Faixa: 10 kPa até 40 MPa | Procedimento PEC-033 |
| x-x-x-x-x | x-x-x-x-x | x-x-x-x-x |

***"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"***

**Em, 30-11-2023**