ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

ELETRONUCLEAR S.A.
SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA DA ELETRONUCLEAR

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1022	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
SAÚDE HUMANA	**ENSAIOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE**	
AR AMBIENTE	Dosimetria externa - Avaliação de kerma no ar usando dosímetros termoluminescentes para fótons na energia de 662 keV Faixa: 0,1 mGy até 50,0 mGy	PR-O 78
XXXXX	**XXXXXXX**	**XXXXX**

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

Em, 27/02/2020